

VAKOS XT a.s.

Pernerova 646/28a, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 819 367; e-mail: obchod@vakosxt.cz
Pracoviště Příbram VI – Březové Hory 47, 261 01 Příbram, tel.: +420 605 219 696; e-mail: okj@vakosxt.cz

PL 034/0124/513

číslo atestu

33/24 PL

číslo protokolu

Analytický protokol
(atest o ověření jakosti)**Cremor anionicus CSC**

Číslo šarže:	PL 340124	Počet a typ balení:	174 x 900 g
Číslo vzorku:	PL 33/24	Použitelné do:	01/2026
Zkušební specifikace:	PNY – 19 – 02	Množství vzorku / Vzorkoval:	120 g / Konečný

Název analýzy	Výsledek	Specifikace
Popis a vlastnosti	vyhovuje	krém bílý, bez zápachu, na povrchu nesmí být zatvrdlý a nesmí na něm být viditelné kapky ani souvislá vrstva tekutiny
Zkouška totožnosti (hydrokrém)	vyhovuje	roztokem Sudanu III se nezbarví, roztokem methylenové modře se zbarví do modra
Zkouška totožnosti (parabeny)	vyhovuje	s Millonovým zkoumadlem se směs po chvíli zbarví červeně
Obsah alkylsírání (%)	0,87	0,66 – 1,10
Obsah vody (%)	70,1	67,0 – 73,0

Analyzoval: Dufková

Dne: 2.2.2024

Podpis: 

Posudek:

vyhovuje PNY – 19 – 02

Kontroloval a schválil dne:

12-02-2024

VAKOS XT a.s., Příbram VI/47

ODDĚLENÍ
KONTROLY JAKOSTI
.....
ing. Josef Konečný
ředitel oddělení kontroly jakosti