

**vakos xt a.s.**

pernerova 646/28a, 186 00 praha 8, tel.: +420 224 819 367; e-mail: obchod@vakosxt.cz  
pracoviště příbram vi – březové hory 47, 261 01 příbram, tel.: +420 605 219 696; e-mail: okj@vakosxt.cz

**PL 245/1023/513**

číslo atestu

**247/23 PL**

číslo protokolu

## *Analytický protokol* (atest o ověření jakosti)

### Solutio Jarisch CSC

Číslo šarže:	PL 041023	Počet a typ balení:	10 x 10 000 g; 479 x 1000 g
Číslo vzorku:	PL 247/23	Použitelné do:	10/2026
Zkušební specifikace:	PNY – 08 – 02	Množství vzorku / Vzorkoval:	200 ml / Konečný

Název analýzy	Výsledek	Specifikace
Popis a vlastnosti	<b>vyhovuje</b>	tekutina čirá, bezbarvá, bez zápachu; na lakmusový papírek reaguje slabě kyselé
Zkouška totožnosti (kyselina boritá)	<b>vyhovuje</b>	zapálený roztok hoří plamenem, který je zejména na okrajích zbarven zeleně
Zkouška totožnosti (glycerol)	<b>vyhovuje</b>	vzniká fialově modrý prsteneček na styku obou vrstev
Zkouška totožnosti (parabeny)	<b>vyhovuje</b>	červené zbarvení s Millonovým zkoumadlem
Obsah kyseliny borité (%)	<b>2,03</b>	1,85 – 2,15
Obsah glycerolu (%)	<b>3,38</b>	3,16 – 3,68

Analyzoval: Dufková

Dne: 16.10. 2023

Podpis: *Dufková*

Posudek:

**vyhovuje PNY – 08 – 02**

Kontroloval a schválil dne:

**16-10-2023**

VAKOS XT a.s., Příbram VI/47  
ODDĚLENÍ  
KONTROLY JAKOSTI

.....  
ing. Josef Konečný  
ředitel oddělení kontroly jakosti